

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP.



66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kazimierza Jagiellończyka 8B
tel. (95) 722-60-57, fax (95) 722-46-52
www.wsse.gorzow.pl
e-mail: wsse@wsse.gorzow.pl
NIP: 599-10-23-564

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WLKP.

Gorzów Wlkp., 30.05.2022 r.

OATZP.272.12.2022

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu
o zamówienie publiczne**

Zapytania Wykonawców z dnia 27.05.2022 r.

Zamawiający – Wojewódzka Stacja Sanitarно – Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. ul. Kazimierza Jagiellończyka 8B prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Kompleksowe zaopatrzenie laboratorium WSSE w Gorzowie Wlkp.-III edycja” ogłoszonego w BZP pod numerem 2022/BZP 00182174/01 z dnia w dniu 27.05.2022 r. w odpowiedzi na przesłane pytania Wykonawców, udziela następujących odpowiedzi:

Zapytania Wykonawców z dnia 27.05.2022 r.

Pytanie nr 1:

Czy w części 10 pozycja 25 nie pojawił się błąd - kolba miarowa 500ml oranżowa standardowo występuje ze szlifem 19/26. W formularzu podany został szlif 16/26.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w pozycji nr 25 pojawił się błąd. Zamawiający poprawia opis przedmiotu zamówienia w tej pozycji w następujący sposób:

„Szkło oranżowe gwarantuje doskonałą ochronę przed źródłem promieniowania UV przy dobrej widoczności poziomu badanej cieczy. Szlifowany za pomocą diamentu pierścień menisku zapewnia dłuższą trwałość. Kolba posiada korek z PP na standardowy szlif 19/26. szkło Boro 3.3.”

30.05.2022 poprawiony Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy/Harmonogram dostaw

DYREKTOR

Ieh. med. Dorota Konaszczuk

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI